



INFORMAZIO-OHARRA: GRAFENODUN AURPEGI-MASKAREN ERABILERA

(2021eko apirilaren 14a)

Osakidetzako biltegi zentraletik jakinarazi digute **Kanadako osasun-agintariek** alerta bat bidali dutela INGESA-OSASUN KUDEAKETAKO INSTITUTU NAZIONALEKO (Osasun Ministerioa) OSNren Hornikuntza Estrategien Unitatera, **GRAFENODUN AURPEGI-MASKAREI** buruz. Horren arabera, "zuhurtiaz jokatzeko, grafenoa duten maskarak erabiltzeari eta banatzeari utziko zaio, harik eta produktu horren partikulak inhalatzeak izan ditzakeen arriskuei buruzko ikerketa egiten den arte."

INGESAk honako hau gehitu du: "Kanadako alertari buruzko informazioa erakunde eskudunari, **Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziari (AEMPS)**, helarazi zaio, azter dezan eta, hala badagokio, dagozkion neurriak har ditzan".

Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak orain arte horri buruzko iritzirik eman ez badu ere, Segurtasun Sailak bete egingo du Euskadiko Osasun Agintaritzak (Osakidetzak) emandako jarraibidea:

- *Prebentzio-arrazoiengatik, geldiarazi egingo da NR SNN70369B erreferentziadun FFP2 maskararen erabilera eta banaketa (fabrikatzailea: SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD eta material-kodea: 2279996).*
- Horren ordez, FFP3 maskarak banatuko dira (**modeloa: 990 P3D, SIBOL**).

Erandon, 2021eko apirilaren 14an

PREBENTZIO ZERBITZUA
GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA
SEGURTASUN SAILA

NOTA INFORMATIVA: USO DE MASCARILLAS FACIALES CON GRAFENO

(14 de abril de 2021)

Desde el **Almacén Central de Osakidetza** ponen en nuestro conocimiento que **Las autoridades sanitarias de Canadá** han remitido una alerta a la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del SNS, del **INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA-INGESA** (Ministerio de Sanidad), relativa a las **MASCARILLAS FACIALES DE GRAFENO**, en la que se traslada que, “*por motivos de precaución, se indica el cese de la utilización y la distribución de mascarillas que tengan grafeno hasta que se lleve a cabo una investigación sobre los potenciales riesgos de la inhalación de partículas de del citado producto*”.

INGESA añade lo siguiente “*la información sobre la alerta de Canadá ha sido trasladada al organismo competente, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para su valoración y adopción, en su caso, de las medidas que procedan*”.

Aunque la AEMPS, no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, el Departamento de Seguridad va a seguir la pauta adoptada por la Autoridad Sanitaria de Euskadi, Osakidetza:

- *Por un principio preventivo se va a paralizar el uso y distribución de la mascarilla FFP2, con referencia NR SNN70369B, del fabricante SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD y código de material 2279996.*
- En su lugar se dotará de mascarillas **FFP3 modelo 990 P3D de SIBOL**.

Erandon, 2021eko apirilaren 14an

PREBENTZIO ZERBITZUA
GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA